



Znak sprawy: FELU.03.2026

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pn.: "Usługi społeczne w Gminie Podedwórze"

WYJAŚNIENIE TREŚCI OPZ

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Poniżej podano treść zapytania i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

I. Czy zamawiający dopuści :

- 1. rotor rehabilitacyjny o poniższych parametrach: waga 2,1kg, maksymalne obciążenie 100kg, wymiary 42 x 30 x32 cm*
- 2. Kula łokciowa o poniższych parametrach: maks. Bezpieczne obciążenie: 136 kg, regulacja wysokości powyżej uchwytu: 26,5 - 34 cm, regulacja wysokości poniżej uchwytu: 63,5 – 91 cm, waga: 0,55 kg*
- 3. Materac przeciwoleżynowy: wyłogi o długości 39cm*
- 4. Poduszka przeciwoleżynowa: pokrowiec siatkowy tylko częściowo*

Produkty o wymiarach podanych w specyfikacji oferty są bardzo trudno bądź nie dostępne na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

II. Czy zamawiający dopuści :

- 1. łóżko rehabilitacyjne o poniższych parametrach:*

- zakres regulacji wysokości 375-775mm

Projekt „Usługi społeczne w Gminie Podedwórze”
realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

- 18 mies. gwarancji

Produkty o wymiarach podanych w specyfikacji oferty są bardzo trudno bądź nie dostępne na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podany zakres regulacji. Jednocześnie informuję, iż okres gwarancji zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowi jedno z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty i nie jest parametrem określającym wymagania wskazanego produktu.

Jednocześnie chciałabym nadmienić, iż parametr dot. gwarancji jest umieszczony w opisie przedmiotu jakim jest łóżko. Bardzo proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zamieszczona w opisie przedmiotu zamówienia adnotacja odnośnie okresu gwarancji została zamieszczona omyłkowo. W związku z powyższym proszę nie uwzględniać tego zapisu przy przygotowywaniu oferty.

Członek Zarządu
Piotr Romanowicz